

Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná	Predmet zákazky: „Zabezpečenie materiálo – technického vybavenia“
---	--

Všetkým známým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa
29.03.2021

Naše číslo

Vybavuje/kontakt
Ing. Zuzana Lenická
0917 381 833

Bratislava
31.03.2021

Predmet zákazky: „Zabezpečenie materiálo – technického vybavenia“
Verejný obstarávateľ: Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná

Vec: Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom vysvetlenie k jednotlivým otázkam:

Otázka č. 1

Chybné označenie v 8. položke - popis položky nezodpovedá popisu položky.

Odpoveď VO:

Verejný obstarávateľ nedopatrením použil nesprávny názov položky. V návrhu cenovej špecifikácie a v opise predmetu zákazky bol tento názov opravený a to z pôvodného názvu: „Sedačka do čakárne“ na „Kartotečná skriňa“.

Taktiež opravuje názvy položiek:

„Horná skrinka dvojdvierová, presklená“ na „Horná skrinka dvojdvierová, presklená A“
„Horná skrinka dvojdvierová“ na „Horná skrinka dvojdvierová, presklená B“
„Uzamykateľná skriňa na lieky“ na „Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky“

Otázka č. 2

rozмеры tejto kartotečnej skrine 431/1321/622 – chyba v uvedenej minimálnej hodnote rozmeru 431/1321/622 - vzhľadom na skutočnosť že rozmer kartotečnej skrine sa odvádza od veľkosti A4 formátu kartotéky, minimálna hodnota 431/1321/622 nezodpovedá bežnému údaju preto prosíme o opravu na maximálnu hodnotu. Bežná hodnota je 413/131/622. Uvedená hodnota zrejme vznikla preklepom a ak ju zadáte ako maximálnu hodnotu, tak ju každý dodávateľ vie splniť. Inak je diskriminačný.

Odpoveď VO:

Rozmery kartotečnej skrine opravené na:

Technické údaje	MJ	Min.
rozмеры шxвxh	mm	413/1321/622

Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná	Predmet zákazky: „Zabezpečenie materiáľno – technického vybavenia“
---	---

Otázka č. 3

Odolnosť voči chem. prípravkom a germicídneho žiarenia – pri každej položke žiadame o zmenu – nemá opodstatnenie pri celom výrobku ale len pri pracovnej ploche. Pracovnou plochou pri skrinkách je pracovná doska. Tento údaj je diskriminačný a nemá opodstatnenie v bežných ambulanciách..

Odpoveď VO:

Pri každej položke odolnosť voči chem. prípravkom a germicídneho žiarenia upravený na:

Technické údaje	MJ	Min.	Max.	Presne
odolnosť na pracovnej ploche voči germicídneho žiarenia				áno
Odolnosť na pracovnej ploche voči dezinfekcii obsahujúce aktívne látky: 1) Jednozložkové - chlór 2) Dvojsložkové - alkohol+KAZ (kvartérne amóniové zlúčeniny), Amíny+KAZ+tenzidy KAZ+aldehydy 3) Trojsložkové - Amíny+KAZ+Biguanid+tenzidy, Propanol-2ol+propanol-1ol+etanol				áno

Otázka č. 4

Lieková skriňa:

- ošetrenie práškovou farbou je možné len pri kovovej skrini – žiadame o vypustenie tejto položky, keďže bežná lieková skriňa je aj z dreva.
- rozmer skrine – ide neštandardný rozmer hĺbka 58 cm a max 60cm – žiadame o úpravu na štandardný rozmer min 45cm a max 60cm – nakoľko skriňa s hĺbkou 60 nie je voľne dostupná na trhu. Údaj je diskriminačný a je nekorektne predimenzovaný.

Odpoveď VO:

Parameter „povrchová úprava skrií“ kde verejný obstarávateľ žiada „prášková farba s vysokou chemickou odolnosťou“ odstránený.

Rozmerové parametre upravené na:

Technické údaje	MJ	Min.	Max.	Presne
šírka	cm	45	60	
hĺbka	cm	45	60	

Otázka č. 5

Dvojsedačka do čakárne:

- šírka sedačky max 72cm – sa tým myslí rozmer jednej časti dvojsedačky? nakoľko technický údaj je korektný len ak ho zadáte ako minimálny údaj
- výška – tento údaj je nekorektný – údaj minimalizuje sedačku
- hĺbka sedu – opätovne tento údaj je minimalizovaný - odporúčame ho udať ako minimálny
- hĺbka – tento údaj je zbytočný nakoľko je uvedený údaj o hĺbke sedu, ktorý následne nekorenšponduje s hĺbkou sedu a je diskriminačný

Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná	Predmet zákazky: „Zabezpečenie materiáľno – technického vybavenia“
---	--

Odpoveď VO:

Parametre „výška“ a „hĺbka“ odstránené.

Parametre upravené na:

Technické údaje	MJ	Min.	Max.	Presne
šírka	cm	100		
výška sedu	cm	40		
hĺbka sedu	cm	40		

Všetky úpravy boli zapracované do dokumentu „Návrh cenovej špecifikácie a opis predmetu zákazky Dobšiná CIZS – Zabezpečenie materiáľno-technického vybavenia verzia 2.“ ktorý je prílohou tejto odpovede verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie.

Zároveň vzhľadom na zmenu parametrov v opise predmetu zákazky, VO predlžuje lehotu na predkladanie ponúk na 08.04.2021 do 15:00 a otváranie ponúk na 08.04.2021. o 16:00.

Ing. Zuzana Lenická
Osoba splnomocnená pre proces VO